

2021年5月13日

お客様各位

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

「MVAキット」の直接容器（滅菌トレイ）変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日は「MVAキット」の直接容器（滅菌トレイ）が下記のとおり変更となりますので、ご案内申し上げます。当面の間、二次包装に本文書を添付して周知いたします。なお容器内の構成品に変更はございません。今後とも一層のご愛顧を賜りたくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品： MVAキット（MVA-KIT-JP5）
2. 変更点： 直接容器（滅菌トレイ）
3. 変更内容： a) トレイ内での製品固定を目的とした設計変更
b) 輸送時耐性の向上を目的としたアスピレータ保持部の厚み増加
4. 実施時期： 2021年5月中旬以降出荷予定分(ロット番号：210401)より順次切り替えとなります



以上

※ 本件に関するお問い合わせ先

電話 : 03-6240-9611（営業時間：9:00-18:00）

メール : info@womenshealthjapan.com